



# 2025年

## 全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 103232

单位（实验室）名称： 天津滨海空港天海新域医学检验实验室

计划名称： 特殊蛋白

计划编码： NCCL-C-06

质评轮次： 第1次

负责科室： 临床生化室

联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室  
邮 编： 100730  
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065  
传 真： 010-65273025  
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

**国家卫生健康委临床检验中心**



# 国家卫生健康委临床检验中心

## 2025年全国特殊蛋白室间质量评价 统计结果

实验室名称: 天津滨海空港天海新域医学检验实验室

科室: 医学检验科

实验室编码: 103232

测定日期: 2025/4/9

第1次

统计日期:

项目: CRP				mg/L	评价结果			
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	
202511	85.50	96.314	-11.228	72.236 - 120.393	*			
202512	17.80	16.453	8.187	12.340 - 20.566		*		
202513	44.30	51.309	-13.660	38.482 - 64.136	*			
202514	32.20	35.151	-8.395	26.363 - 43.939	*			
202515	55.60	62.851	-11.537	47.138 - 78.564	*			

所属组 广州万孚组 成绩 100%  
本组实验室数 55  
方法 荧光免疫层析法  
仪器 万孚FS-205型干式荧光免疫分析仪  
试剂 广州万孚生物技术股份有限公司  
校准物 广州万孚生物技术股份有限公司

你室主任签字 \_\_\_\_\_

签字日期 \_\_\_\_\_