



2025年

全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 103232

单位（实验室）名称： 天津滨海空港天海新域医学检验实验室

计划名称： 特殊蛋白

计划编码： NCCL-C-06

质评轮次： 第2次

负责科室： 临床生化室

联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2025年全国特殊蛋白室间质量评价 统计结果

实验室名称：天津滨海空港天海新域医学检验实验室

科室：医学检验科

实验室编码：103232

测定日期：2025/7/24

第2次

统计日期：2025/8/13

项目：CRP		mg/L		允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)					
202521	58.33	58.662	-0.566	43.997 - 73.328	*			通过
202522	23.13	25.438	-9.073	19.079 - 31.798	*			通过
202523	13.60	13.125	3.619	9.844 - 16.406		*		通过
202524	65.50	77.281	-15.244	57.961 - 96.601	*			通过
202525	36.93	41.299	-10.579	30.974 - 51.624	*			通过

所属组	广州万孚组	成绩	100%
本组实验室数	58		
方法	荧光免疫层析法		
仪器	万孚FS-205型干式荧光免疫分析仪		
试剂	广州万孚生物技术股份有限公司		
校准物	广州万孚生物技术股份有限公司		

你室主任签字 _____

签字日期 _____