



2025年

全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 103232

单位（实验室）名称： 天津滨海空港天海新域医学检验实验室

计划名称： 细胞因子

计划编码： NCCL-C-41

质评轮次： 第2次

负责科室： 临床生化室

联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2025年细胞因子室间质评计划 统计结果

实验室名称：天津滨海空港天海新域医学检验实验室

科室：医学检验科

实验室编码：103232

测定日期：2025/7/25

第2次

统计日期：2025/8/13

项目：IL-6		pg/mL				下限	靶值	上限	评价结果
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围					
202521	34.9	42.8	-18.46	30.0 - 55.6	*				通过
202522	157.7	152.7	3.27	106.9 - 198.5	*				通过
202523	270.9	259.3	4.47	181.5 - 337.1	*				通过
202524	521.3	513.7	1.48	359.6 - 667.8	*				通过
202525	537.4	554.4	-3.07	388.1 - 720.7	*				通过

所属组 广州万孚（荧光免疫法）组 成绩 100%
本组实验室数 46
方法 荧光免疫层析法
仪器 广州万孚FS-205型干式荧光免疫分析仪
试剂 广州万孚生物技术股份有限公司（荧光免疫法）
校准物 广州万孚生物技术股份有限公司（荧光免疫法）

你室主任签字 _____

签字日期 _____