



2025年

全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 103232

单位（实验室）名称： 天津滨海空港天海新域医学检验实验室

计划名称： 细胞因子

计划编码： NCCL-C-41

质评轮次： 第1次

负责科室： 临床生化室

联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2025年细胞因子室间质评计划 统计结果

实验室名称：天津滨海空港天海新域医学检验实验室

科室：医学检验科

实验室编码：103232

测定日期：2025/4/9

第1次

统计日期：

项目：IL-6				pg/mL					
	样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
	202511	25.0	27.5	-9.09	19.3 - 35.8	*			通过
	202512	177.7	154.6	14.94	108.2 - 201.0		*		通过
	202513	210.5	185.1	13.72	129.6 - 240.6		*		通过
	202514	372.3	363.8	2.34	254.7 - 472.9		*		通过
	202515	601.0	522.7	14.98	365.9 - 679.5		*		通过

所属组	广州万孚（荧光免疫法）组	成绩	100%
本组实验室数	47		
方法	荧光免疫层析法		
仪器	广州万孚FS-205型干式荧光免疫分析仪		
试剂	广州万孚生物技术股份有限公司（荧光免疫法）		
校准物	广州万孚生物技术股份有限公司（荧光免疫法）		

你室主任签字 _____

签字日期 _____