



2025年 全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 103232
单位（实验室）名称： 天津滨海空港天海新域医学检验实验室
计划名称： 血清淀粉样蛋白A
计划编码： NCCL-C-25
质评轮次： 第1次
负责科室： 临床生化室
联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2025年血清淀粉样蛋白A检测室间质量评价 统计结果

实验室名称：天津滨海空港天海新城医学检验实验室	科室：医学检验科
实验室编码：103232	测定日期：2025/4/9 第1次 统计日期：

项目：SAA		mg/L							
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)	允许范围	下限	靶值	上限	评价结果	
202511	39.40	36.231	8.747	25.362 - 47.100		✖		通过	
202512	58.60	63.819	-8.178	44.673 - 82.965		✖		通过	
202513	21.70	23.666	-8.307	16.566 - 30.766		✖		通过	
202514	6.90	7.664	-9.969	5.365 - 9.963		✖		通过	
202515	56.40	54.775	2.967	38.343 - 71.208		✖		通过	

所属组	广州万孚（荧光免疫层析法）组	成绩	100%
本组实验室数	90		
方法	免疫荧光层析法		
仪器	万孚FS-205型干式荧光免疫分析仪		
试剂	广州万孚生物技术股份有限公司		
校准物	广州万孚生物技术股份有限公司		

你室主任签字 _____
签字日期 _____