



2025年

全国临床检验室间质量评价报告

单位（实验室）编码： 103232

单位（实验室）名称： 天津滨海空港天海新域医学检验实验室

计划名称： 血清淀粉样蛋白A

计划编码： NCCL-C-25

质评轮次： 第2次

负责科室： 临床生化室

联系电话： 010-58115059

通信地址： 北京东单大华路一号 国家卫生健康委临床检验中心 室间质评室
邮 编： 100730
联系电话： 010-58115055, 65273025, 58115065
传 真： 010-65273025
电子邮箱： EQA@nccl.org.cn

国家卫生健康委临床检验中心



国家卫生健康委临床检验中心

2025年血清淀粉样蛋白A检测室间质量评价 统计结果

实验室名称：天津滨海空港天海新域医学检验实验室

科室：医学检验科

实验室编码：103232

测定日期：2025/7/30

第2次

统计日期：2025/8/19

项目：SAA		mg/L		允许范围	下限	靶值	上限	评价结果
样本编号	你室结果	靶值	偏倚(%)					
202521	28.93	35.542	-18.603	24.879 - 46.205	*			通过
202522	50.31	57.027	-11.779	39.919 - 74.135	*			通过
202523	17.43	21.463	-18.790	15.024 - 27.902	*			通过
202524	6.70	6.471	3.539	4.530 - 8.412		*		通过
202525	38.23	46.069	-17.016	32.248 - 59.890	*			通过

所属组	广州万孚（荧光免疫层析法）组	成绩	100%
本组实验室数	91		
方法	免疫荧光层析法		
仪器	万孚FS-205型干式荧光免疫分析仪		
试剂	广州万孚生物技术股份有限公司		
校准物	广州万孚生物技术股份有限公司		

你室主任签字 _____

签字日期 _____